

Contacts :

Stéphanie SAMMARTANO
Ingénieure certification Senior
stephanie.sammartano@afnor.org
Tél : +33 (0)1 41 62 62 39

Mélaïne TERRO
Chargée de clientèle
melaine.terro@afnor.org
Tél : +33 (0)1 41 62 60 63

Réf.: SSO/MET/NF102/Clients/Qualicon Diagnostics/
Avis BT_BAX System SIm_2018-10-05_(R4).docx

Objet : Marque NF VALIDATION

Qualicon Diagnostics, LLC.
Madame Nisha CORRIGAN
200 Powder Mill Road
Wilmington, DE 19803
Etats-Unis

La Plaine Saint-Denis, le 12 Décembre 2018

Madame,

Comme suite à l'avis positif exprimé le 5 octobre 2018 par le Bureau Technique de la marque NF VALIDATION (NF102), dans son application à l'agroalimentaire, j'ai l'honneur de vous annoncer que le **droit d'usage de la marque NF VALIDATION est reconduit** pour la méthode alternative suivante :


BAX® System PCR Assay for *Salmonella* spp.

Certifiée sous le N° QUA 18/03-11/02, avec pour fin de validité le 28-Nov.-2022

La méthode alternative est validée par comparaison à la méthode de référence NF EN ISO 6579-1 (2017) et selon le protocole de validation NF EN ISO 16140-2 (2016) pour la détection de *Salmonella* spp. dans tous les produits d'alimentation humaine (par des essais de validation réalisés sur une vaste gamme d'aliments), les produits pour l'alimentation animale et les échantillons de l'environnement de production industrielle (échantillons de l'environnement de production primaire exclus).

Un courrier complet de conclusions mentionnant d'éventuelles réserves prononcées par le Bureau Technique, vous sera prochainement adressé. Le cas échéant, celles-ci devront être prises en compte sans délai.

Je vous prie d'agréer, Madame, mes salutations distinguées.



Directeur Général
Franck LEBEUGLE



Contacts:

Stéphanie SAMMARTANO
Senior Certification Engineer
stephanie.sammartano@afnor.org
Phone: +33 (0)1 41 62 62 39

Méline TERRO
Operations supervisor
melaine.terro@afnor.org
Phone: +33 (0)1 41 62 60 63

Ref.: SSO/MET/NF102/Clients/Qualicon Diagnostics/
Avis BT_BAX System SIm_2018-10-05_(R4).docx

Subject: NF VALIDATION mark

Qualicon Diagnostics, LLC.
Mrs Nisha CORRIGAN
200 Powder Mill Road
Wilmington, DE 19803
USA

La Plaine Saint-Denis, December 12th, 2018

Dear Madam,

Following the positive agreement expressed on October 5th, 2018, by the Technical Board of the NF VALIDATION mark (NF102) in its application to the food industry, I beg to inform you that the **NF VALIDATION certification has been renewed** for the following alternative method:


BAX[®] System PCR Assay for *Salmonella* spp.

Certificate reference No.QUA 18/03-11/02, with end of validity 28-Nov.-2022

The alternative method is validated by comparison to the reference method NF EN ISO 6579-1 (2017) and following the validation protocol NF EN ISO 16140 -2 (2016) for the detection of *Salmonella* spp. in all human food products (by performing validation assays on a broad range of foods), feed products and industrial production environmental samples (samples from primary production environment excluded).

A further letter will mention full conclusions and possible reservations made by the Technical Board. If reservations are mentioned, I ask you to take them into account without any delay.

Yours Sincerely.



Managing Director
Franck LEBEUGLE

