

Contacts :

Méline TERRO
Ingénieure certification
melaine.terro@afnor.org
Tél : +33 (0)1 41 62 62 39

Réf.: MET/VER/NF102/Clients/Oxoid Ltd, Part of Thermo Fisher Scientific/
Avis BT_SureTect™ Listeria mono PCR Assay_2020-07-02_(E6).docx

Oxoid Ltd Thermo Fisher Scientific
Madame Ana-Maria LEONTE
Wade Road Basingstoke,
Hampshire RG24 8PW
United Kingdom

Objet : Marque NF VALIDATION

La Plaine Saint-Denis, le 22 juillet 2020

Madame,

Comme suite à l'avis positif exprimé le 2 juillet 2020 par le Bureau Technique de la marque NF VALIDATION (NF102), dans son application à l'agroalimentaire, j'ai l'honneur de vous annoncer que l'**extension du droit d'usage de la marque NF VALIDATION** est accordée à la société **Oxoid Ltd, Part of Thermo Fisher Scientific** pour la méthode alternative suivante :

Thermo Scientific™ SureTect™ *Listeria monocytogenes* PCR Assay

Certifiée sous le N° UNI 03/08-11/13, avec pour fin de validité le 04-Nov.-2021

Cette extension de validation a permis de valider la version 2.0 du fichier d'analyse associé au logiciel RapidFinder™ Express (version 2.0) utilisé avec l'instrument 7500 Fast et de valider la version 2.1 du fichier d'analyse associé au logiciel RapidFinder™ Analysis (version 1.1) utilisé avec l'instrument QuantStudio 5.

Je vous prie d'agréer, Madame, mes salutations distinguées.



Directeur Général

Julien NIZRI



Contacts:

Méline TERRO
Certification Engineer
melaine.terro@afnor.org
Phone: +33 (0)1 41 62 62 39

Ref.: MET/VER/NF102/Clients/ Oxoid Ltd, Part of Thermo Fisher Scientific/
Avis BT_SureTect™ Listeria mono PCR Assay_2020-07-02_(E6).docx

Oxoid Ltd Thermo Fisher Scientific
Mrs Ana-Maria LEONTE
Wade Road Basingstoke,
Hampshire RG24 8PW
United Kingdom

Subject: NF VALIDATION mark

La Plaine Saint-Denis, July 22th, 2020

Dear Madam,

Following the positive agreement expressed on July 2nd, 2020, by the Technical Board of the NF VALIDATION mark (NF102), in its application to the food industry, I am pleased to inform you that the extension of NF VALIDATION certification has been granted to Oxoid Ltd Thermo Fisher Scientific for the following alternative method :

Thermo Scientific™ SureTect™ *Listeria monocytogenes* PCR Assay

Certificate reference No. UNI 03/08-11/13, with end of validity 04th-Nov.-2021

This validation extension allows to validate the kit file's version 2.0 of the RapidFinder™ Express (version 2.0) used with 7500 Fast instrument and to validate the kit file's version 2.0 of the RapidFinder™ Analysis (version 1.1) used with the QuantStudio 5 instrument.

Yours Sincerely.



Managing Director

Julien NIZRI

