

Contacts :

Mélaïne TERRO
Ingénieure certification
melaine.terro@afnor.org
Tél : +33 (0)1 41 62 62 39

Ndatte NDIAYE
Chargée de Clientèle
ndatte.ndiaye@afnor.org
Tél : +33 (0)1 41 62 60 63

Réf.: MET/NND/NF102/Clients/Life Technologies/
Avis BT_MicroSEQ Listeria spp_2020-01-30_(R2).docx

Objet : Marque NF VALIDATION

Life Technologies
Part of Thermo Fisher scientific
Madame Ana-Maria LEONTE
Wade Road Basingstoke,
Hampshire RG24 8PW
United Kingdom

La Plaine Saint-Denis, le 30 janvier 2020

Madame,

Comme suite à l'avis positif exprimé le 30 janvier 2020 par le Bureau Technique de la marque NF VALIDATION (NF102), dans son application à l'agroalimentaire, j'ai l'honneur de vous annoncer que le **droit d'usage de la marque NF VALIDATION est reconduit** pour la méthode alternative suivante :

MicroSEQ™ *Listeria* spp.

Certifiée sous le N° ABI 29/04-12/11, avec pour fin de validité le 01-Dec.-2023

La méthode alternative est validée par comparaison à la méthode de référence NF EN ISO 11290-1 (2017) et selon le protocole de validation NF EN ISO 16140-2 (2016) pour la recherche de *Listeria* spp. dans les « produits carnés » (à l'exclusion de la viande de volaille crue), « produits laitiers », « produits de la pêche », « légumes », et échantillons de l'environnement de production industrielle.

Un courrier complet de conclusions mentionnant d'éventuelles réserves prononcées par le Bureau Technique, vous sera prochainement adressé. Le cas échéant, celles-ci devront être prises en compte sans délai.

Je vous prie d'agréer, Madame, mes salutations distinguées.



Directeur Général
Franck LEBEUGLE

