

Contacts :

**Mélaïne TERRO**  
Ingénieure certification  
[melaine.terro@afnor.org](mailto:melaine.terro@afnor.org)  
Tél : +33 (0)1 41 62 62 39

Réf.: MET/MET/NF102/Clients/NEOGEN Europe Ltd/  
Avis BT\_Reveal 2.0 Slim\_2020-04-30 (RX).docx

**NEOGEN Europe Ltd**  
Monsieur Frédéric MARTINEZ  
The Dairy School  
Auchincruive Ayrshire KA6 5HW  
Ecosse, ROYAUME-UNI

**Objet : Marque NF VALIDATION**

La Plaine Saint-Denis, le 30 avril 2020

Monsieur,

Comme suite à l'avis positif exprimé le 30 avril 2020 par le Bureau Technique de la marque NF VALIDATION (NF102), dans son application à l'agroalimentaire, j'ai l'honneur de vous annoncer que le **droit d'usage de la marque NF VALIDATION est reconduit** pour la méthode alternative suivante :


### **Reveal 2.0 *Salmonella***

**Certifiée sous le N° NEO 35/01-10/11, avec pour fin de validité le 7-Oct.-2023**

La méthode alternative est validée par comparaison à la méthode de référence NF EN ISO 6579-1 (2017) et selon le protocole de validation NF EN ISO 16140-2 (2016) pour la détection des *Salmonella* spp. dans les « produits carnés », « ovoproduits », « produits de la mer » et « aliments composites ».

Un courrier complet de conclusions mentionnant d'éventuelles réserves prononcées par le Bureau Technique, vous sera prochainement adressé. Le cas échéant, celles-ci devront être prises en compte sans délai.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.



Directeur Général  
Franck LEBEUGLE

Contacts:

**Mélaïne TERRO**  
Certification Engineer  
[melaine.terro@afnor.org](mailto:melaine.terro@afnor.org)  
Phone: +33 (0)1 41 62 62 39

Ref.: MET/MET/NF102/Clients/NEOGEN Europe Ltd/  
Avis BT\_Reveal 2.0 SIm\_2020-04-30 (RX).docx

**NEOGEN Europe Ltd**  
**Mr. Frédéric MARTINEZ**  
The Dairy School  
Auchincruive Ayrshire KA6 5HW  
Scotland, United-Kingdom

**Subject: NF VALIDATION mark**

La Plaine Saint-Denis, April 30<sup>th</sup>, 2020

Dear Sir,

Following the positive agreement expressed on April 30<sup>th</sup>, 2020, by the Technical Board of the NF VALIDATION mark (NF102), in its application to the food industry, I beg to inform you that the **NF VALIDATION certification has been renewed** for the following alternative method:


### **Reveal 2.0 *Salmonella***

**Certificate reference No. NEO 35/01-10/11, with end of validity 7<sup>th</sup>-Oct.-2023**

The alternative method has been validated by comparison to the reference method NF EN ISO 6579-1 (2017) and following the validation protocol NF EN ISO 16140-2 (2016) for the detection of *Salmonella* spp. in “meat products”, “egg products”, “seafood products”, “multi-component foods or meal components products”.

A further letter will mention full conclusions and possible reservations made by the Technical Board. If reservations are mentioned, I ask you to take them into account without any delay.

Yours Sincerely.



Managing Director  
Franck LEBEUGLE