

Contacts :

Méline TERRO
Ingénieure certification
melaine.terro@afnor.org
Tél : +33 (0)1 41 62 62 39

Ndatte NDIAYE
Chargée de Clientèle
ndatte.ndiaye@afnor.org
Tél : +33 (0)1 41 62 60 63

Réf.: MET/NND/NF102/Clients/Qualicon Diagnostics/
Avis BT_BAX System PCR Assay E. coli _2019-11-29 (R3).docx

Objet : Marque NF VALIDATION

Qualicon Diagnostics LLC.
Madame Nisha CORRIGAN
2 Boulden circle
New Castle, Delaware 19720
Etats-Unis

La Plaine Saint-Denis, le 6 décembre 2019

Madame,

Comme suite à l'avis positif exprimé le 29 novembre 2019 par le Bureau Technique de la marque NF VALIDATION (NF102), dans son application à l'agroalimentaire, j'ai l'honneur de vous annoncer que le **droit d'usage de la marque NF VALIDATION est reconduit** pour la méthode alternative suivante :


BAX® System PCR Assay for *E. coli* O157:H7 MP

Certifiée sous le N° QUA 18/04-03/08, avec pour fin de validité le 28-Mars-2024

La méthode alternative est validée par comparaison à la méthode de référence NF EN ISO 16654/amendement 1 (2017) et selon le protocole de validation NF EN ISO 16140-2 (2016) pour la détection de *Escherichia coli* O157:H7 dans les catégories de produits suivants : "viandes crues de bœuf", le "lait cru", les "fruits et végétaux" et les "produits prêts-à-consommer et prêts-à-réchauffer, viandes crues de porc, d'ovin et de poulet".

Un courrier complet de conclusions mentionnant d'éventuelles réserves prononcées par le Bureau Technique, vous sera prochainement adressé. Le cas échéant, celles-ci devront être prises en compte sans délai.

Je vous prie d'agréer, Madame, mes salutations distinguées.


Directeur Général
Franck LEBEUGLE

