

Contacts :

**Méline TERRO**  
Ingénieure certification  
[melaine.terro@afnor.org](mailto:melaine.terro@afnor.org)  
Tél : +33 (0)1 41 62 62 39

Réf.: MET/MET/NF102/Clients/Qualicon Diagnostics/  
Avis BT\_BAX PCR Listeria mono 24E\_2020-04-30 (R3).docx

**Qualicon Diagnostics LLC**  
**Madame Nisha Corrigan**  
2 Boulden Circle  
New Castle, Delaware 19720  
Etats-Unis

**Objet : Marque NF VALIDATION**

La Plaine Saint-Denis, le 30 avril 2020

Madame,

Comme suite à l'avis positif exprimé le 30 avril 2020 par le Bureau Technique de la marque NF VALIDATION (NF102), dans son application à l'agroalimentaire, j'ai l'honneur de vous annoncer que le **droit d'usage de la marque NF VALIDATION est reconduit** pour la méthode alternative suivante :


### **BAX® System PCR Assay *L. monocytogenes* 24E**

**Certifiée sous le N° QUA 18/05-07/08, avec pour fin de validité le 1<sup>er</sup>-Juil.-2024**

La méthode alternative est validée par comparaison à la méthode de référence NF EN ISO 11290-1 (2017) et selon le protocole de validation NF EN ISO 16140-2 (2016) pour la détection des *Listeria monocytogenes* dans tous les produits d'alimentation humaine (par des essais de validation réalisés sur une vaste gamme d'aliments) et les échantillons de l'environnement de production industrielle.

Un courrier complet de conclusions mentionnant d'éventuelles réserves prononcées par le Bureau Technique, vous sera prochainement adressé. Le cas échéant, celles-ci devront être prises en compte sans délai.

Je vous prie d'agréer, Madame, mes salutations distinguées.



Directeur Général  
Franck LEBEUGLE

Contacts:

**Mélaïne TERRO**  
Certification Engineer  
[melaine.terro@afnor.org](mailto:melaine.terro@afnor.org)  
Phone: +33 (0)1 41 62 62 39

Ref.: MET/MET/NF102/Clients/Qualicon Diagnostics/  
Avis BT\_BAX PCR Listeria mono 24E\_2020-04-30 (R3).docx

**Qualicon Diagnostics LLC**  
Mrs Nisha Corrigan  
2 Boulden Circle  
New Castle, Delaware 19720  
United-States

**Subject: NF VALIDATION mark**

La Plaine Saint-Denis, April 30<sup>th</sup>, 2020

Dear Madam,

Following the positive agreement expressed on April 30<sup>th</sup>, 2020, by the Technical Board of the NF VALIDATION mark (NF102), in its application to the food industry, I beg to inform you that the **NF VALIDATION certification has been renewed** for the following alternative method:


**BAX® System PCR Assay *L. monocytogenes* 24E**

**Certificate reference No. QUA 18/05-07/08, with end of validity 1<sup>st</sup>-July-2024**

The alternative method has been validated by comparison to the reference method NF EN ISO 11290-1 (2017) and following the validation protocol NF EN ISO 16140-2 (2016) for the detection of *Listeria* species in all human food products (by performing validation assays on a broad range of foods) and industrial production environmental samples.

A further letter will mention full conclusions and possible reservations made by the Technical Board. If reservations are mentioned, I ask you to take them into account without any delay.

Yours Sincerely.



Managing Director  
Franck LEBEUGLE