

Contacts :

Stéphanie SAMMARTANO
Ingénieure certification Senior
stephanie.sammartano@afnor.org
Tél : +33 (0)1 41 62 62 39

Jérôme FAYOL
Chargé de clientèle
jerome.fayol@afnor.org
Tél : +33 (0)1 41 62 60 63

Réf.: SSO/JFY/NF102/Clients/Qualicon Diagnostics/
Avis BT_BAX RT-PCR SIm_2018-05-18_(E1).docx

Objet : Marque NF VALIDATION

Qualicon Diagnostics LLC.
Madame Nisha CORRIGAN
200 Powder Mill Road
Willmington, DE 19803
Etats-Unis

La Plaine Saint-Denis, le 18 mai 2018

Madame,

Comme suite à l'avis positif exprimé le 18 mai 2018 par le Bureau Technique de la marque NF VALIDATION (NF102), dans son application à l'agroalimentaire, j'ai l'honneur de vous annoncer que l'**extension du droit d'usage de la marque NF VALIDATION** est accordée pour la méthode alternative suivante :

BAX[®] System Real-Time PCR Assay for *Salmonella* spp.

Certifiée sous le N° QUA 18/08-03/15, avec pour fin de validité le 26-mars-2019

Cette extension de validation a permis de valider (1) le passage de la version 3.1 à 3.6 du logiciel BAX System utilisé avec l'instrument BAX System Q7, (2) la mise à jour du dossier selon le nouveau protocole de validation NF EN ISO 16140-2 et par comparaison à la méthode de référence NF EN ISO 6579-1 (2017). Le domaine d'application couvre tous les produits d'alimentation humaine (par des essais de validation réalisés sur une vaste gamme d'aliments), les produits pour animaux de compagnie et les échantillons de l'environnement de production (hors environnement de production primaire).

Un courrier complet de conclusions mentionnant d'éventuelles réserves prononcées par le Bureau Technique, vous sera prochainement adressé. Le cas échéant, celles-ci devront être prises en compte sans délai.

Je vous prie d'agréer, Madame, mes salutations distinguées.



Directeur Général
Franck LEBEUGLE



Contacts:

Stéphanie SAMMARTANO
Ingénieure certification
stephanie.sammartano@afnor.org
Tél : +33 (0)1 41 62 62 39

Jérôme FAYOL
Chargé de clientèle
jerome.fayol@afnor.org
Tél : +33 (0)1 41 62 60 63

Réf.: SSO/JFY/NF102/Clients/DuPont Qualicon/
Avis BT_BAX System RT-PCR Salmonella_2015-03-26_V

Objet : Marque NF VALIDATION

DuPont Qualicon
Monsieur George TICE
ESL Building 400
Route 141 & Henry Clay Road
Wilmington DE 19880-0400
Etats-Unis

La Plaine Saint-Denis, le 26 mars 2015

Monsieur,

Comme suite à l'avis positif exprimé le 26 mars 2015 par le Bureau Technique « Microbiologie agroalimentaire » de la marque NF VALIDATION (NF102), j'ai l'honneur de vous annoncer que le **droit d'usage de la marque NF VALIDATION est accordée** à la société DuPont Qualicon pour la méthode d'analyse suivante :


DuPont BAX System Real-Time PCR Assay for *Salmonella* spp.

Certifiée sous le certificat N° QUA 18/08-03/15, avec pour fin de validité le 26-mars-2019

La méthode est validée pour la recherche des *Salmonella* spp. dans les produits carnés, les ovoproduits, les végétaux et produits de la mer, et les aliments pour animaux de compagnie, par comparaison à la méthode de référence NF EN ISO 6579 :2002 et selon le protocole NF EN ISO 16140 :2003.

Un courrier complet de conclusions mentionnant d'éventuelles réserves prononcées par le Bureau Technique, vous sera prochainement adressé. Le cas échéant, celles-ci devront être prises en compte sans délai.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.



Directeur Général
Franck LEBEUGLE

