

Contacts :

**Méline TERRO**  
Ingénieure certification  
[melaine.terro@afnor.org](mailto:melaine.terro@afnor.org)  
Tél : +33 (0)1 41 62 62 39

**Ndatte NDIAYE**  
Chargée de Clientèle  
[ndatte.ndiaye@afnor.org](mailto:ndatte.ndiaye@afnor.org)  
Tél : +33 (0)1 41 62 60 63

**Eurofins GeneScan Technologies GmbH**  
Monsieur Christoph BAHRDT  
Engesserstraße 4  
D-79108 Freiburg im Breisgau  
GERMANY

Réf.:MET/NND/NF102/Clients/Eurofins GeneScan Technologies/  
Avis BT\_BACGene E.coli\_2019-11-28\_(V).docx  
Objet : Marque NF VALIDATION

La Plaine Saint-Denis, le 5 décembre 2019

Monsieur,

Comme suite à l'avis positif exprimé le 28 novembre 2019 par le Bureau Technique de la marque NF VALIDATION (NF102), dans son application à l'agroalimentaire, j'ai l'honneur de vous annoncer que le **droit d'usage de la marque NF VALIDATION est accordé** à la société Eurofins GeneScan Technologies GmbH pour la méthode alternative suivante :

### **BACGene *E.coli* O157:H7**

**Certifiée sous le N° EGS 38/06-11/19, avec pour fin de validité le 28-Nov.-2023**

La méthode alternative est validée par comparaison à la méthode de référence NF EN ISO 16654/ amendement 1 (2017) et selon le protocole NF EN ISO 16140-2 (2016) pour la recherche des *Escherichia coli* O157 :H7 dans les catégories de produits suivantes : viande crue et viande prête-à-consommer et prête-à-réchauffer (à l'exclusion des volailles), le lait cru et les produits à base de lait, et dans les produits frais et fruits.

Un courrier complet de conclusions mentionnant d'éventuelles réserves prononcées par le Bureau Technique, vous sera prochainement adressé. Le cas échéant, celles-ci devront être prises en compte sans délai.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.



Directeur Général  
Franck LEBEUGLE

