



Validation des méthodes
alternatives d'analyse

NF102 – Application à l'agroalimentaire

Certificat

Certificat N° : BIO 12/25-05/09
Décision de reconduction du : 23-04-2025
Fin de validité : 18-05-2029

La société :

bioMérieux
Chemin de l'Orme
69280 Marcy l'Etoile - France

Est autorisée à apposer la marque NF VALIDATION en application des règles générales de la marque NF VALIDATION et des règles de certification NF102 - Validation des méthodes d'analyse (Application à l'agroalimentaire) pour la méthode alternative d'analyse ci-dessous :

VIDAS® UP *E. coli* O157 (ECPT)

Validée pour la détection des *E. coli* O157

Référence(s) de notice
technique

Réf 30122 - 14080 version O

Réf 30122 - 049774-02

Cette décision atteste que la méthode alternative d'analyse est certifiée conforme aux normes citées en page 2/2 et aux exigences supplémentaires après évaluation par AFNOR Certification, tel que spécifié dans le référentiel de certification. Les **caractéristiques certifiées essentielles** sont les « performances analytiques » (sensibilité, niveau de détection relatif), reportées dans le rapport de synthèse de l'étude de validation, consultable sur le site dédié à la certification <http://nf-validation.afnor.org/>.

Ce certificat annule et remplace tout certificat antérieur (précédente édition datée du 07-06-2024). Ce certificat NF VALIDATION, incluant 2 pages, est valable jusqu'au **18 mai 2029**. Il est soumis aux résultats des contrôles périodiques effectués par AFNOR Certification qui peut prendre toute décision conformément aux règles générales de la marque NF VALIDATION et aux règles de certification NF102 - Validation des méthodes d'analyse (Application à l'agroalimentaire).

Directeur Général
Julien NIZRI



ACCREDITATION
N° 5.0030
PORTÉE
DISPONIBLE SUR
WWW.COFRAK.FR

Edition du 24/04/2025

Page 1/2



Validation des méthodes alternatives d'analyse
NF102 – Application à l'agroalimentaire

Certificat

Certificat N° : BIO 12/25-05/09
Décision de reconduction du : 23-04-2025
Fin de validité : 18-05-2029

La méthode alternative d'analyse :

VIDAS® UP *E. coli* O157 (ECPT)

Validée pour la détection des *E. coli* O157

Fabriquée sur le site :

bioMérieux
Chemin de l'Orme
69280 Marcy l'Etoile - France

A été certifiée selon les référentiels et pour le domaine d'application précisés ci-après :

Protocole de validation	NF EN ISO 16140-2 (Septembre 2016) : Microbiologie de la chaîne alimentaire. Validation des méthodes - Partie 2 : Protocole pour la validation de méthodes alternatives (commerciales) par rapport à une méthode de référence.
Méthode de référence	NF EN ISO 16654 (Juillet 2001) et son amendement A1 (Juin 2017) : Microbiologie des aliments - Méthode horizontale pour la recherche des <i>Escherichia coli</i> O157 - Amendement 1 : annexe B : résultats des études interlaboratoires.
Domaine d'application	Les viandes crues, le lait cru et les produits à base de lait cru, les produits végétaux crus et les échantillons de l'environnement de production industrielle.
Restriction(s)	Aucune.
Alerte(s)	Aucune.
Autre(s) information(s)	Le champ d'application inclut l'utilisation des logiciels VIDAS versions 4.10 et antérieures, MiniVIDAS version 5.6, VIDAS KUBE versions 1.3 et antérieures.

CERTIF 2022.1 08/2020

Edition du 24/04/2025

Il est souhaitable d'adresser à AFNOR Certification toute réclamation concernant les performances de la méthode validée.

Le **rapport de synthèse** de l'étude de validation est consultable sur le site <http://nf-validation.afnor.org/>.

Page 2/2