



Validation des méthodes  
d'analyse

NF148 – Application à l'analyse de l'eau

# Certificat

Certificat N° : BRD 07/19-11/09  
Décision de reconduction du : 08-10-2025  
Fin de validité : 06-11-2029

La société :

## BIO-RAD

3 Boulevard Raymond Poincaré  
92430 Marnes La Coquette - France

Est autorisée à apposer la marque NF VALIDATION en application des règles générales de la marque NF VALIDATION et des règles de certification NF148 - Validation des méthodes d'analyse (Application à l'analyse de l'eau) pour la méthode alternative ci-dessous :

## XplOrer64™ / CheckN'Safe™ Enterococci

Validée pour le dénombrement des entérocoques intestinaux

Référence(s) de notice  
technique

CheckN'Safe™ Enterococci test (Code 3554721) : V3.5

Manuel utilisateur XplOrer64™ : V3.0

Cette décision atteste que la méthode d'analyse est certifiée conforme aux normes citées en page 2/2 et aux exigences supplémentaires après évaluation par AFNOR Certification, tel que spécifié dans le référentiel de certification. Les **caractéristiques certifiées essentielles** sont les « performances analytiques » (linéarité, exactitude, limite de détection...), reportées dans le rapport de synthèse de l'étude de validation, consultable sur le site dédié à la certification <http://nf-validation.afnor.org/>.

Ce certificat annule et remplace le certificat antérieur (précédente édition datée du 18-07-2024). Ce certificat NF VALIDATION, incluant 2 pages, est valable jusqu'au **06 novembre 2029**. Il est soumis aux résultats des contrôles périodiques effectués par AFNOR Certification qui peut prendre toute décision conformément aux règles générales de la marque NF VALIDATION et aux règles de certification NF148 - Validation des méthodes d'analyse (Application à l'analyse de l'eau).



ACCREDITATION  
N° 50030  
PORTÉE  
DISPONIBLE SUR  
WWW.COFRAc.FR

Directeur Général  
Julien NIZRI

Edition du 09/10/2025

Page 1/2



Validation des méthodes  
d'analyse

NF148 – Application à l'analyse de l'eau

# Certificat

Certificat N° : BRD 07/19-11/09  
Décision de reconduction du : 08-10-2025  
Fin de validité : 06-11-2029

La méthode alternative d'analyse :

## XplOrer64™ / CheckN'Safe™ Enteroccocci

Validée pour le dénombrement des entérocoques intestinaux

Fabriquée sur le site :

**SY-LAB Geräte GmbH**  
Tullnerbachstrasse 61-65  
3011 Neupurkersdorf - Autriche

A été certifiée selon les référentiels et pour le domaine d'application précisés ci-après :

Protocole de validation **NF VALIDATION - Validation des méthodes d'analyse, Application à la microbiologie des eaux.** Protocole de validation d'une méthode alternative commerciale par rapport à une méthode de référence. Révision 2 (Mai 2013).

Méthode de référence **NF EN ISO 7899-1** (Mars 1999) : Qualité de l'eau - Recherche et dénombrement des entérocoques intestinaux dans les eaux de surface et résiduaires. Partie 1 : Méthode miniaturisée (nombre le plus probable) pour ensemencement en milieu liquide

Domaine d'application Eaux de baignade (eau douce et eau de mer) ; eaux de rejet, résiduaires brutes et traitées

Restriction(s) Aucune.

Alerte(s) Aucune.

Autre(s) information(s) Le domaine d'application inclut l'utilisation du système automatisé XplOrer64™ associé au logiciel XplOrer64™ V3.0.

CERTIF 2022-1 08/2020

*Il est souhaitable d'adresser à AFNOR Certification toute réclamation concernant les performances de la méthode validée.*

Le rapport de synthèse de l'étude de validation est consultable sur le site <http://nf-validation.afnor.org/>.

Edition du 09/10/2025

Page 2/2