



Validation des méthodes
d'analyse

NF148 – Application à l'analyse de l'eau

Certificat

Certificat N° : **IDX 33/09-03/22**
Décision de reconduction du : **11-02-2026**
Fin de validité : **08-03-2030**

La société :

IDEXX Laboratories, Inc.
Idexx drive Westbrook
Maine 0492
USA

Est autorisée à apposer la marque NF VALIDATION en application des règles générales de la marque NF VALIDATION et des règles de certification NF148 - Validation des méthodes d'analyse (Application à l'analyse de l'eau) pour la méthode d'analyse ci-dessous :

EasyDisc™ YEA

Validée pour le dénombrement des micro-organismes revivifiables

Référence(s) de notice technique	06-0013523-03 06-0013523-04
-------------------------------------	--------------------------------

Cette décision atteste que la méthode d'analyse est certifiée conforme aux normes citées en page 2/2 et aux exigences supplémentaires après évaluation par AFNOR Certification, tel que spécifié dans le référentiel de certification. Les **caractéristiques certifiées essentielles** sont les « performances analytiques » (linéarité, exactitude relative, limite de détection et de quantification), reportées dans le rapport de synthèse de l'étude de validation, consultable sur le site dédié à la certification <http://nf-validation.afnor.org/>.

Ce certificat annule et remplace tout certificat antérieur (précédente édition datée du 18-07-2024). Ce certificat NF VALIDATION, incluant 2 pages, est valable jusqu'au **08 mars 2030**. Il est soumis aux résultats des contrôles périodiques effectués par AFNOR Certification qui peut prendre toute décision conformément aux règles générales de la marque NF VALIDATION et aux règles de certification NF148 - Validation des méthodes d'analyse (Application à l'analyse de l'eau).



Directeur Général d'AFNOR Certification
Julien NIZRI

Edition du 11-02-2026

Page 1/2



Validation des méthodes
d'analyse

NF148 – Application à l'analyse de l'eau

Certificat

Certificat N° : **IDX 33/09-03/22**
Décision de reconduction du : **11-02-2026**
Fin de validité : **08-03-2030**

La méthode d'analyse :

EasyDisc™ YEA

Validée pour le dénombrement des micro-organismes revivifiables

Fabriquée sur le site :

IDEXX Laboratories, Inc.
Idexx drive Westbrook
Maine 0492
USA

A été certifiée selon les référentiels et pour le domaine d'application précisés ci-après :

Protocole de validation	NF VALIDATION - Validation des méthodes d'analyse : Application à la microbiologie des eaux. Protocole de validation d'une méthode alternative commerciale par rapport à une méthode de référence. Révision 2 (Mai 2013)
Méthode(s) de référence	NF EN ISO 6222 (Juillet 1999) : Qualité de l'eau - Dénombrement des micro-organismes revivifiables - Comptage des colonies par ensemencement dans un milieu de culture nutritif gélosé
Domaine d'application	Eaux destinées à la consommation humaine.
Restriction(s)	Aucune.
Alerte(s)	Aucune.
Autre(s) information(s)	Non applicable.

Il est souhaitable d'adresser à AFNOR Certification toute réclamation concernant les performances de la méthode validée.

Le **rapport de synthèse** de l'étude de validation est consultable sur le site <http://nf-validation.afnor.org/>.